

Norma Técnica de Biossegurança em Estabelecimentos Odontológicos e Laboratórios de Prótese Dentária no RS

Apresentação

Para efeito desta Norma, as expressões técnicas serão assim definidas :

- **Anti-sepsia** : procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias microbicidas ou microbiostáticas de uso tópico na pele ou mucosa;
- **Assepsia** : conjunto de métodos empregados para impedir que determinado local, equipamento ou instrumental seja contaminado;
- **Meio Asséptico** : meio isento de formas de microorganismos;
- **Artigo** : compreendem instrumentos de naturezas diversas, que podem ser veículos de contaminação;
- **Artigos Críticos** : são aqueles que penetram através da pele e mucosas, atingindo tecidos subepiteliais e sistema vascular. Estão nesta categoria materiais como : agulhas, lâminas de bisturi, sondas exploradoras, sondas periodontais, materiais cirúrgicos e outros. Exigem esterilização ;
- **Artigos Semi - críticos** : são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras, como condensadores de amálgama, espátulas de inserção de resinas, pincéis, etc. Exigem desinfecção de alta atividade biocida ou esterilização para ter garantida a qualidade do múltiplo uso destes;
- **Artigos Não Críticos** : são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente como refletor, braço da cadeira, maçanetas, interruptores, piso e bancada. Exigem limpeza ou desinfecção de atividade biocida intermediária, dependendo do uso a que se destinam ou do último uso realizado;
- **Descontaminação**: método de eliminação parcial ou total dos microorganismos de artigos e superfícies. Obtém-se a descontaminação através da limpeza, desinfecção e esterilização;
- **Limpeza** : remoção mecânica da sujidade de qualquer superfície ;
- **Desinfecção** : processo físico ou químico onde ocorre a eliminação das formas vegetativas, à exceção dos esporulados;
- **Esterilização** : processo de destruição de todas os microorganismos, inclusive os esporulados, mediante aplicação de agentes físicos, químicos ou ambos ;

Da Classificação

- **Consultório Odontológico** é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por possuir somente um conjunto de equipamento odontológico ;
- **Consultório Odontológico Multiprofissional** é o estabelecimento odontológico caracterizado por mais de um conjunto de equipamentos odontológicos ,com áreas de espera e de apoio comuns tendo mais de um profissional como responsável técnico ;
- **Clínica Odontológica** é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado como um conjunto de consultórios odontológicos, independentes entre si, com uma área de espera em comum e um único responsável técnico como um todo;
- **Unidade Odontológica Transportável** é o estabelecimento caracterizado por ser montado em locais previamente estruturados e com permanência provisória, devendo para tanto, apresentar equipamento adaptado e adequado ao atendimento odontológico ;
- **Unidade Móvel Odontológica** é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por ser adaptado e montado sobre um veículo automotor;
- **Clínica Modular** é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado pelo atendimento em um único espaço, com área mínima condicionada ao número e disposição dos equipamentos odontológicos ;
- **Unidade de Ensino Odontológico** é o estabelecimento de assistência odontológica vinculado a docência ou pesquisa, caracterizado pelo atendimento em um único espaço, com área mínima condicionada ao número e disposição dos equipamentos odontológicos e ao número de alunos do estabelecimento de ensino .

1. Da Proteção dos Profissionais, Pacientes e Meio Ambiente

1.1. É de uso obrigatório, para toda a equipe de saúde bucal, os equipamentos de proteção individual (EPI) citados a seguir :

- a) luvas, sendo que a troca é obrigatória a cada paciente, e devem ser específicas a cada procedimento: luvas cirúrgicas (estéreis), luvas para procedimentos (não estéreis) e luvas grossas de borracha (para limpeza);
- b) máscara descartável com filtro (no mínimo, duplo) ;
- c) óculos de proteção ;
- d) avental limpo;
- e) gorro em procedimentos cirúrgicos;
- f) é obrigatória a disponibilização de óculos de proteção para o paciente, em procedimentos que promovam a dispersão mecânica de partículas durante o ato operatório ;

1.2. A paramentação referida nos itens anteriores , deve ser de uso exclusivo do consultório;

1.3. É obrigatória a vacinação contra Hepatite B, para todos os profissionais da equipe de saúde bucal ;

1.4. Deverá existir um sistema de registro onde conste, obrigatoriamente , a história clínica do paciente incluindo questões específicas sobre medicação, doenças atuais e passadas entre outros itens, conforme especificado no anexo II da presente norma;

1.5. O profissional da equipe de saúde bucal, responsável pela lavagem e descontaminação de artigos críticos e semi-críticos, deve realizar esses procedimentos com luvas de borracha resistentes ;

1.6. Quanto aos cuidados com as soluções desinfetantes:

- Não deixar a solução em temperaturas superiores a 25°C;
- Manter os recipientes tampados;
- Utilizar máscaras, luvas e pinça para manipular os materiais em solução.

1.7. É obrigatória a desinfecção de moldagens , devido a presença de sangue e saliva , devendo as mesmas em caso de transporte, ser acondicionadas em embalagens impermeáveis;

1.8. Quanto aos cuidados com o mercúrio:

- a) os frascos com mercúrio e amalgamadores devem ser localizados distantes de fontes de calor (estufa, autoclave, ar condicionado, outros...);
- b) quando houver derramamento acidental de mercúrio, , deve-se desligar imediatamente a estufa e fechá-la, aguardando a assistência técnica para que esta avalie e proceda sua limpeza ;
- c) a remoção de restaurações de amálgama deverá ser feita em blocos , sob refrigeração abundante (água, ar-spray) e sugadores de saliva potentes ;
- d) acoplado à cuspeira do equipo odontológico, deverá existir um filtro separador de resíduos de amálgama ;

e) o mercúrio deve ser estocado em frascos inquebráveis e hermeticamente fechados

1.9. Fica proibido o uso do fumo, bem como o porte de cigarros acesos, ou semelhantes como cachimbos, charutos, no recinto de ambulatórios, postos de saúde e demais estabelecimentos de saúde ;

2. Das Instituições Empregadoras

2.1. É de responsabilidade dos empregadores :

- a) a vacinação contra Hepatite B para todos os profissionais da equipe de saúde bucal ;
- b) o fornecimento dos EPIs em quantidade e qualidade adequada de acordo com a presente norma, a todos os profissionais da equipe de saúde bucal;
- c) o encaminhamento dos profissionais, o registro e a notificação imediata, quando de acidentes punctórios com material biológico, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho
- d) a adesão às medidas de precauções contidas nesta Norma ;
- e) obrigatoriamente estabelecer um intervalo entre as consultas para os procedimentos adequados ao controle de infecção no ambiente clínico;
- f) o acesso a exames recomendados pelo Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho , que em suas Normas Regulamentadoras define a periodicidade e os valores de referência a serem utilizados para análise do exame de detecção dos níveis de mercúrio e demais doenças ocupacionais ;

3. Das Instalações Físicas e do Funcionamento para Estabelecimentos Odontológicos

3.1. Os consultórios odontológicos e as unidades móveis odontológicas devem ter área mínima de atendimento de 10 m², conforme as disposições da Portaria 1884/94/MS . As clínicas deverão ter esta área em cada um de seus consultórios ;

3.2. As clínicas modulares, unidades odontológicas transportáveis e unidades de ensino odontológico deverão ter área mínima de atendimento de acordo com o número de cadeiras odontológicas , obedecendo a razão de 6 m² para cada cadeira, no mínimo;

3.2.1. Nas clínicas modulares, unidades odontológicas transportáveis, unidades móveis e unidades de ensino odontológico é obrigatória a separação física entre os equipamentos odontológicos. Este anteparo deverá ser de material rígido, lavável e impermeável e com as seguintes dimensões mínimas: altura: 1,50m / comprimento : 2,00m;

3.3. As clínicas odontológicas, clínicas modulares e unidades de ensino odontológico devem contar com equipamento para esterilização obrigatoriamente fora da sala de atendimento, com ventilação direta ao exterior;

3.3.1. Na central de esterilização, a sala de processamento de artigos deve permitir a passagem dos artigos contaminados transformando-os em estéreis observando-se seu fluxo direcional. Esta área subdivide-se em :

- a) área de recepção: onde os artigos são recebidos, conferidos, separados e classificados para posterior descontaminação e lavagem;
- b) área de limpeza e seleção: deve dar acesso direto à área de recepção dos artigos (sujos) e ser separada das demais, pois concentra a maior contaminação. É a área para onde convergem todos os artigos a serem limpos e deve ser equipada com balcões de aço inoxidável com pias tipo tanque , duplas ou triplas equipadas com instalações de água quente e fria, descontaminador de material e/ou lavadora ultra sônica, fonte de ar comprimido para secagem e tanque para despejo.
- c) área de preparo e montagem: é o local onde se concentra todo o material que necessita preparo e empacotamento para esterilização. Deve ter acesso à área de limpeza através de janela – guichê que permita abertura e fechamento e possuir mobiliário composto por mesas amplas, balcões com prateleiras, bancos, cestos e carros. Todo o mobiliário deve ser revestido por material de fácil limpeza (fórmica ou aço inoxidável). Deve possuir ainda suporte para embalagem de papel e seladora;
- d) área de esterilização: deve localizar-se entre a área de preparo e a de estocagem . Os equipamentos básicos constituem – se de estufas e autoclaves, cujo número e tamanho varia de acordo com a quantidade de material existente e necessidade de reprocessamento.

3.3.2. Não deverá haver cruzamento de material estéril com material contaminado;

3.3.3. A Central de Esterilização deverá possuir localização mais centralizada possível em relação aos ambulatórios ou centros cirúrgicos que pretende atender ;

3.4. As unidades móveis odontológicas e as unidades transportáveis deverão apresentar :

- a) abastecimento de água potável ao fim que se destina;
- b) reservatório de água potável construído em material que não contamine a água, com superfície lisa, resistente e impermeável que permita fácil acesso, inspeção e limpeza que possibilite o seu esgotamento total ; com vedação adequada, sendo obrigatória a limpeza e desinfecção semestral ;
- c) reservatório para coleta dos fluídos provenientes do processo de trabalho desenvolvido na unidade construído em material resistente com superfície lisa e impermeável que permita fácil acesso, inspeção e limpeza que possibilite seu escoamento total na rede pública de esgoto ou outro dispositivo aprovado pelas normas técnicas da ABNT, sendo obrigatória sua limpeza e desinfecção periódicas ;

3.5. O piso da área clínica e central de esterilização deverá ser de material liso, resistente ao uso de desinfetantes, lavável e impermeável;

3.6. As instalações elétricas e hidráulicas devem ser embutidas ou protegidas externamente , para não haver depósito de sujidade em toda a sua extensão , conforme Portaria 1884/94/MS;

3.7. As paredes devem ser de cor clara, de material liso, resistentes a temperatura de 850°C e laváveis, Port. 1884/94/MS;

3.8. Os equipamentos, utensílios e móveis não podem estar aglomerados ou impedindo de alguma forma o desenvolvimento do trabalho de forma ergonômica ;

3.9. A saída externa (ralo) para onde correm os dejetos da cuspeira e do suctor de saliva deve localizar-se fora do ambiente de atendimento aos pacientes ;

3.10. É obrigatório o acionamento das torneiras sem o contato direto das mãos;

3.11. As instalações sanitárias deverão ser providas de vaso sanitário, lavatório em material impermeável de fácil limpeza e coletor de lixo com tampa;

3.12. Iluminação natural e/ou artificial adequadas para permitir boa visibilidade, sem zonas de sombras ou contrastes excessivos, ausentes de poeira e sujidade;

3.13. O local deve ser ventilado natural ou artificialmente, não devendo acumular fungos, gases, condensação de vapor e fumaça, sendo que a eliminação destes deverá atender a legislação de proteção ambiental vigente. Havendo aparelhos condicionadores de ar, os filtros devem ser conservados limpos, de acordo com as normas da ABNT e com a portaria 3523/98-MS;

3.14. O estabelecimento deve ser abastecido com água potável ligada a rede pública ;

3.14.1. Se providos de reservatório de água (caixa d'água), a limpeza e desinfecção dos mesmos deverá ser, no mínimo, anual, conforme Portaria Estadual n.º 21/88 ;

3.15. Os consultórios e clínicas odontológicas somente poderão utilizar equipamentos emissores de radiação ionizante desde que cumpram as exigências previstas em legislação específica, portaria 453/98-MS .

3.16. É obrigatório o uso de amalgamador elétrico ;

3.17. O compressor de ar quando instalado na área de atendimento deve contar com proteção acústica e ventilação eficientes;

3.17.1. É recomendada a instalação do mesmo fora da área dos sanitários ;

3.18. Fica proibido, dentro do ambiente clínico, plantas, sofás, brinquedos , ventiladores e outros objetos que não sejam passíveis de desinfecção;

3.19. Todo estabelecimento odontológico deverá possuir Alvará de Saúde emitido pelo órgão competente (Secretaria Municipal da Saúde ou Secretaria Estadual da Saúde);

4. Das Instalações Físicas e do Funcionamento para Laboratórios de Prótese Dentária

4.1. Os laboratórios devem possuir uma área de recepção, onde será realizada a desinfecção das moldagens, modelos e peças protéticas antes de chegarem a área central;

4.1.1. A área de recepção deve possuir pia e bancada, vaporizador, recipientes fechados e resistentes aos agentes de desinfecção;

4.2. Todos os estabelecimentos de prótese odontológica devem obrigatoriamente funcionar na presença física de um cirurgião dentista ou um técnico em prótese dental, inscrito junto ao Conselho Regional de Odontologia/RS, que assume o papel de responsável técnico pelo estabelecimento;

4.3. Quando um estabelecimento de prótese odontológica for anexo a um estabelecimento de assistência odontológica a área deverá ser separada por parede ou divisória até o teto, e com porta que impeça a comunicação direta entre ambos em conformidade com o Decreto Estadual 23430/74;

4.4. As paredes não podem apresentar fendas, trincas, sinais de umidade ou mofo;

4.5. Não é permitido manter no interior dos estabelecimentos de prótese odontológica equipamentos de uso exclusivamente odontológico tais como cadeira odontológica, refletor e cuspeira ;

4.6. Equipamentos de gases combustíveis devem ser mantidos afastados de fontes de calor e as tubulações devem seguir a legislação específica, preconizada pela ABNT;

4.7. Os estabelecimentos que realizam fundições e geração de pós ou vapores de produtos químicos deverão possuir sistema de exaustão de gases localizados na fonte geradora;

4.8. Os equipamentos de proteção individual consistem em:

- * Luvas com proteção antitérmica no ambiente da fundição
- * Óculos e/ou protetor facial
- * Máscara com filtro para vapores e/ou poeiras
- * Avental

4.9. Os laboratórios de prótese dentária deverão ter no mínimo 10m² (dez metros quadrados) incluindo as instalações sanitárias e recepção;

4.10. Devem dispor de lavatório com água corrente e bancadas de material liso, resistente e impermeável.;

- 4.11. O abastecimento deve ser com água potável ligada a rede pública ;
- 4.12. Piso e paredes de material liso, resistente, impermeável, que possibilite a execução de procedimentos de desinfecção e limpeza adequados , de cor clara, sem descontinuidades tais como rachaduras ou fendas que possam abrigar sujidade ;
- 4.13. Iluminação artificial ou natural que permita boa visualidade;
- 4.14. Ventilação natural ou artificial não devendo acumular fungos, odores, gases da condensação de vapores ou fumaça, sendo que a eliminação dos mesmos devem ser feita sem causar danos ou prejuízo à vizinhança. Deverá haver ao menos (01) uma janela, área e vazão para troca de ar segundo legislação específica ABNT e MS.
- 4.15. Todo equipamento deverá estar em perfeito estado de funcionamento e conservação e proporcionar condições ergonômicas corretas para o operador.
- 4.16. Os laboratórios de prótese dentária deverão possuir equipamentos básicos relacionados com a sua área de atuação tais como:
- a) Uma (1) caneta de baixa rotação;
 - b) Um (1) motor para polimento e acabamento;
 - c) Um (1) cortador de gesso;
 - d) Um (1) fogão e um (1) botijão de gás;
 - e) Uma (1) prensa ;
 - f) Uma (1) bancada;
 - g) A instalação de extintores, oxigênio e botijões de gás, bem como dos pontos de consumo deve atender a legislação vigente, normas da ABNT, municipais e/ou Corpo de Bombeiros;
 - h) Quando dispuser de Forno Cromo e Cobalto deverá possuir chaminé para área externa sem prejudicar a vizinhança;
 - i) Todos os materiais e líquidos inflamáveis devem ser acondicionados em armários distantes de qualquer fonte de calor e perfeitamente ventilados.
- 4.17. Todo o laboratório de prótese deverá possuir Alvará de Saúde emitido pelo órgão competente (Secretaria Municipal da Saúde ou Secretaria Estadual da Saúde);
- 4.18. Os laboratórios de prótese deverão funcionar dentro das condições de higiene e assepsia preconizadas por esta norma.
- 4.19. É proibido fazer refeições nos locais de processo e manipulação de produtos.

5. Dos Procedimentos de Anti-sepsia

5.1 A lavagem das mãos é obrigatória para toda a equipe de saúde bucal ;

5.1.1. É obrigatória a utilização de sabão líquido, sendo que o dispensador deve ser descartável ou passível de desinfecção;

5.1.2. Antes da realização de procedimentos cirúrgicos é obrigatória a utilização de sabão líquido com anti-séptico;

5.2. Para secagem das mãos devem ser utilizadas toalhas de papel descartável;

5.2.1. É vedado o uso de secadores de ar por turbilhonamento ;

6. Dos Procedimentos de Limpeza e Desinfecção de Superfícies

6. 1. As superfícies devem ser limpas, desinfetadas ou descontaminadas de acordo com a sua natureza, com o tipo e grau de sujidade:

- a) a desinfecção deve ser sempre precedida de limpeza ou remoção de matéria orgânica;
- b) o uso de produtos químicos não dispensa a fricção mecânica da superfície;
- c) nestes procedimentos devem ser utilizados EPI.

6.2. É necessário a utilização de barreiras nos locais manipulados durante os procedimentos odontológicos, utilizando para este fim, lâminas plásticas de PVC, sobre-luvas, papel laminado ou sacos plásticos ;

7. Dos Procedimentos de Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Artigos

7.1. Os estabelecimentos de assistência odontológica devem dispor de instrumental necessário que seja condizente com:

- a) O número de pacientes a ser atendidos ;
- b) O tipo de procedimento realizado ;
- c) O processo de esterilização adotado ;

7.2. Os artigos utilizados no atendimento ao paciente deverão ser criteriosamente lavados com água corrente potável e sabão, utilizando luvas de limpeza durante o procedimento;

7.2.1. É recomendada a imersão prévia em produtos químicos com ação enzimática ou desincrostantes aprovados pelo Ministério da Saúde , ou lavadoras ultra-sônicas que auxiliem no processo de limpeza.

7.3. Para o enxágüe após a limpeza ou descontaminação, a água deve ser potável e corrente;

7.4. A secagem dos artigos deverá ser feita por compressas ou papel toalha;

7.5. Os equipamentos utilizados para esterilização dos materiais deverão atender as especificações técnicas que permitam o efetivo controle de temperatura e pressão;

7.6. Todos os equipamentos produtores de calor seco ou úmido utilizados na esterilização e desinfecção de artigos devem ser mantidos em condições adequadas de funcionamento, submetidos a aferição e manutenção preventiva , com registro ou certificação técnica autorizada por órgão competente local, no mínimo anual;

7.7. Quando da impossibilidade de utilização da autoclave, deverá ser utilizado o Forno de Pasteur (estufa), devendo ser observado o tempo de exposição abaixo :

Temperatura	Tempo
160°	120 min
170°	60 min

7.8. O Forno de Pasteur (estufa) deve :

- a)manter-se com a porta fechada durante todo o ciclo,
- b)ter um termostato para manutenção efetiva da temperatura,
- c)ter área mínima interna para circulação do ar produzido,
- d)ter termômetro de bulbo para controle da temperatura preconizada ,
- e)ter a contagem do tempo de esterilização iniciada somente após a estabilização da temperatura no nível indicado,
- f) não deve ser sobrecarregado, bem como as caixas metálicas que contém o material, fato impeditivo para adequada estabilização da temperatura interna necessária à esterilização,
- g)é vedado o uso de estufas com pintura de alumínio e chapa galvanizada

7.9. É proibido o uso de equipamento a base de radiação ultravioleta ou ebulidores como métodos de esterilização ;

7.10. As Normas para utilização de Óxido de Etileno estão estabelecidas na Portaria Interministerial nº 4, de 31/ 07/ 91, dos Ministérios da Saúde e do Trabalho ;

7.11. É obrigatória a esterilização de moldeiras plásticas e metálicas ;

7.12. O agente químico utilizado para desinfecção no consultório deve ser registrado no Ministério da Saúde como desinfetante hospitalar. As especificações devem constar no rótulo do produto; quando tratar-se de produto que necessite de ativação deve constar também: data da ativação, assinatura do responsável, e vencimento da solução;

7.13. O tempo de exposição dos artigos na solução desinfetante, bem como o controle das suas características, deve corresponder as recomendações do fabricante e a Portaria do Ministério da Saúde ;

7.14. Os artigos submetidos a desinfecção química devem ser lavados, secados e após serem totalmente imersos conforme o tempo recomendado pelo fabricante;

7.15. Enxaguar exaustivamente os artigos submetidos a desinfecção química, para eliminar os resíduos do produto utilizado ;

7.16. É vedada a utilização de pastilhas de formol ;

7.17. Os serviços de saúde devem garantir a eficácia do processo adotado em todas as suas etapas, de descontaminação e/ou limpeza, desinfecção ou esterilização até o armazenamento, mediante o controle de qualidade e monitoramento dos procedimentos, equipamentos e produtos utilizados ;

7.17.1. Recomenda-se a realização de testes de controle biológico para o monitoramento do processo de esterilização utilizado nos estabelecimentos odontológicos .

8. Da Estocagem e Acondicionamento dos Artigos Esterilizados

8.1. O material esterilizado deve ser estocado em armário preferencialmente fechado, limpo, seco e de acesso exclusivo da equipe de saúde bucal ;

8.2. Os artigos devem ser acondicionados em caixas metálicas fechadas, ou papel alumínio (se esterilizado em calor seco) e em embalagens de polietileno, papel crepado, papel grau cirúrgico, papel Kraft, ou campos de algodão cru (se esterilizados em autoclave) ;

8.3. Quando os artigos não estiverem embalados dentro de caixas metálicas:

a) Os mesmos deverão ser manipulados com técnica asséptica, utilizando uma pinça clínica de uso exclusivo para este fim;

b) Neste caso todos os artigos deverão ser reprocessados no mínimo uma vez ao dia ;

8.4. Embalagens do tipo grau cirúrgico, papel kraft, nylon não poderão ser reutilizadas ;

8.5. As embalagens devem conter a identificação dos artigos, a data da esterilização, o prazo de validade da esterilização e o nome do responsável;

8.6. Todas as embalagens devem conter um marcador termo-físico para comprovação do processo de esterilização.

9. Artigos Descartáveis

- 9.1. É vedada a reutilização de artigos descartáveis ;
- 9.2. Todas agulhas, sugadores e lâminas de bisturi utilizadas no atendimento odontológico devem ser obrigatoriamente, descartáveis .

10. Do Manuseio e Acondicionamento de Resíduos Produzidos em Estabelecimentos Odontológicos

- 10.1. O coletor de resíduos deve ser com tampa e pedal ;
- 10.2. O porta resíduo da mesa clínica deverá ter barreira plástica descartável a cada paciente;
- 10.3. O resíduo contaminado ou de risco biológico deverá ser manuseado o mínimo possível e depositado em saco plástico branco leitoso de espessura 10 micra segundo NBR 9191 ;
- 10.4. O acondicionamento deverá estar de acordo com o tipo de resíduo e devidamente identificado ;
- 10.5. Materiais Pérfuro-Cortantes devem ser colocados em recipientes de paredes rígidas, lacrados, com tampa e identificados como material contaminado e após acondicionado em saco branco leitoso com características de resistência e espessura definidas (Norma NBR 9190 - ABNT). Fica expressamente proibido o esvaziamento destes recipientes para seu reaproveitamento;
- 10.6. Os resíduos de amálgama não utilizados na restauração ou restos de mercúrio, devem ser mantidos em frasco hermeticamente fechado contendo solução líquida e identificado como de risco a manipulação, devendo ser armazenado até que possam ser encaminhados a reciclagem.
- 10.7. Resíduos comuns serão embalados em sacos plásticos para lixo domiciliar de qualquer cor, exceto branco ;
- 10.8. Caberá aos estabelecimentos o gerenciamento de seus resíduos sólidos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública segundo Resolução n.º 5 do CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente.
- 10.9 Os municípios deverão oferecer ou cadastrar serviços de coleta de resíduos contaminados;

11. Das Disposições Transitórias

11.1. Os Estabelecimentos Odontológicos e Laboratórios de Prótese que já se encontram em funcionamento terão o prazo de 06 (seis) meses para a aquisição de equipamentos e de até 24 (vinte e quatro) meses para adequação e reforma da área física, contados a partir da publicação desta Norma Técnica;

11.2. Para os estabelecimentos instalados após a publicação desta Norma o cumprimento da presente legislação é imediato;

12. Das Disposições Gerais

12.1. O não cumprimento desta Norma Técnica constituirá infração sanitária capitulada na legislação vigente;

12.2. Quando houver interdição de um estabelecimento odontológico, a liberação do mesmo somente se dará quando da correção do erro inicial e vistoria do agente interditor ;

12.3. A correção de um erro causador de interdição não invalida o auto de infração e multa cabível ;

12.4. Os casos omissos nesta Norma, serão resolvidos pelo órgão técnico competente da Secretaria Municipal de Saúde ou Coordenadoria Regional de Saúde;

12.5. Além das medidas previstas nesta Norma, recomenda-se a adoção dos itens contidos no anexo I ;

ANEXO I – Recomendações

- Tratar todos os pacientes como potencialmente contaminados ou infectados;
- A utilização de gorro descartável mesmo em procedimentos não cirúrgicos;
- Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em suas próprias embalagens primárias e após descartados em saco branco com símbolo ou expressão “*Resíduo Tóxico*”;
- A substituição da estufa pela autoclave, para esterilização de todos artigos críticos termo-resistentes, por ser este o método mais seguro e eficaz;
- Quando da utilização da estufa:
 - a) esta não deve ser sobrecarregada, bem como as caixas metálicas contendo o instrumental, fato impeditivo para adequada estabilização interna da temperatura necessária à esterilização ;
 - b) a contagem do tempo de esterilização somente deve ser iniciada após a estabilização da temperatura no nível indicado por esta Norma Técnica ;
- A torneira da pia deverá ser de abertura e fechamento com comando no cotovelo, nos pés ou eletrônico ;

ANEXO II-CONTEÚDO MÍNIMO A CONSTAR NA FICHA DE ANAMNESE

1) IDENTIFICAÇÃO ;

2) DADOS DE SAÚDE GERAL : Febre Reumática () sim () não

Hepatite () sim () não Tipo : _____

Diabetes () sim () não

Hipertensão Arterial Sistêmica () sim () não

Portador do vírus HIV () sim () não

Alteração na coagulação sanguínea () sim () não

Reações alérgicas () sim () não Tipo : _____

Doenças sistêmicas () sim () não _____

Tratamentos médicos anteriores e atuais (anote data e tipo de tratamento)

Internação recente () sim () não

Está utilizando alguma medicação () sim () não

É fumante _____ Quantidade _____ Tempo _____

Bebidas alcólicas () sim () não

INSPEÇÃO DA BOCA E DA FACE :

Língua _____ Mucosa _____ Palato _____

Lábios _____ Gengivas _____ Nariz _____

Face _____ Gânglios _____ Glândulas Salivares _____

Alteração de Oclusão : () sim () não Tipo _____

Prótese : () sim () não Tipo _____